



사 단 「정책선도와 병원 선진화로 의료강국 실현」
 범 인 **대한병원협회**

수 신 수신처참조

참 조

제 목 프탈레이트류 함유 수액세트 사용금지 시행일 안내(4차)

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 : 식품의약품안전처 의료기기정책과 - 4805(2015.6.29)
3. 「의료기기법 시행규칙」 제7조의3제1항제2호, 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 (제2014-178호, `14.10.31) 제5조 및 부칙 제5조에 따라 `15.7.1.부터 DEHP, DBP, BBP 등 프탈레이트류 함유 수액세트가 사용 금지됨을 안내하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

| 의료기기명 | 시행일 |
|---|------------------|
| 디에틸헥실프탈레이트(di-(2-ethylhexyl)-phthalate, DEHP), 디부틸프탈레이트(Dibutylphthalate, DBP) 또는 벤질부틸프탈레이트(Benzyl butyl phthalate, BBP) 등 프탈레이트류 함유 수액세트 | 사용금지 : `15.7.1부터 |

끝.

대한병원협회장



수신처

전국회원병원장

대리 최명희 팀장 정교숙 국장 방성민 사무총장 김현수 회장 박상근

시행 : 기획정책 제 2015-321 (2015.07.13)

우 121-737 서울시 마포구 마포대로15(마포동 35-1) 현대빌딩13층 대한병원협회 / 홈페이지 : www.kha.or.kr

전화 02-705-9213 전송 02-705-9219 (대표FAX : 02-705-9209) E-mail : cmh@kha.or.kr