



사 단 「정책선도와 병원 선진화로 의료강국 실현」  
 범 인 **대한병원협회**

수 신 전국회원병원장

참 조

제 목 프탈레이트류 함유 수액세트 구매 및 사용 금지 재안내

1. 관련근거 : 식품의약품안전처 의료기기관리과-7394(2015.9.21)

2. 식품의약품안전처에서는 '프탈레이트류(DEHP, DBP, BBP 등)' 함유 '수액세트'에 대해 제조·수입·판매 및 사용금지 조치한 바 있으나, 최근 일부 병·의원에서 '15년 7월 '프탈레이트류' 함유 수액세트를 사용하고 건강보험심사평가원에 급여비용을 청구한 것으로 확인되었습니다.

3. 이에 따라, 의료기관에서는 '프탈레이트류' 함유 수액세트를 구입 및 사용을 하지 않도록 협조부탁드리며, 보관 중인 제품은 제조·수입·판매업체 등에 전량 반품 등 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.

의료기기명	시행일
디에틸헥실프탈레이트(di-(2-ethylhexyl)-phthalate, <b>DEHP</b> ), 디부틸프탈레이트(Dibutylphthalate, <b>DBP</b> ) 또는 벤질부틸프탈레이트(Benzyl butyl phthalate, <b>BBP</b> )등 프탈레이트류 함유 수액세트	제조·수입·판매금지 : '15.1.1부터 사용금지 : '15.7.1부터

끝.

**대한병원협회장**



대리 최명희 팀장 정교숙 국장 방성민 사무총장 김현수

시행 : 기획정책 제 2015-445 ( 2015.09.23 )

우 121-737 서울시 마포구 마포대로15(마포동 35-1) 현대빌딩13층 대한병원협회 / 홈페이지 : [www.kha.or.kr](http://www.kha.or.kr)

전화 02-705-9213 전송 02-705-9219 ( 대표FAX : 02-705-9209 ) E-mail : [cmh@kha.or.kr](mailto:cmh@kha.or.kr)